

KARL DEUTSCH

Zařízení na měření intenzity magnetického pole, UV záření a bílého světla., Typ: 3873



Údaje o objednávce

Artikové číslo	496971 3873
GTIN	2050002087118
Třída artiklu	40W

Popis

Provedení:

Zařízení pro měření intenzity magnetického pole, UV záření a bílého světla. V případě normovaných testů MT a PT je nutné kontrolovat podmínky sledování. Speciální sonda DEUTROLIGHT umožňuje kombinované měření UV záření a bílého světla. Měření intenzity světla v luxech přitom není ovlivněno UV zářením, takže měření je možné (jak vyžaduje norma ISO 3059) i při zapnuté UV lampě.

Další měrné jednotky: W/m^2 nebo $\mu\text{W/cm}^2$ (UV světlo), lx (bílé světlo)

Rozsah dodávky:

Vč. přepravního kufříku a zkušebního certifikátu

Sonda č. 496972 90, sonda pro UV a bílé světlo, referenční magnet

Zvláštní příslušenství:

Měřicí sondy č. 496972, komora s nulovým polem a referenční magnet s definovanou intenzitou magnetického pole

Technický popis

Rozsah měření	$\pm 80\,000\text{ A/m}$
Mezní chyba	$\pm 10 \pm 2\%$ (DC) $\pm 50 \pm 4\%$ (AC) A/m
Šířka	81 mm

Technický list

Výška	32 mm
Hmotnost	0,23 kg
Délka	133 mm