Mitutoyo

Fühlhebelmessgerät mit horizontaler Uhr Tastarmlänge 17,4 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-∅: 0,4/39mm

Bestelldaten

Bestellnummer	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
1/100-Ablesung.
Fühlhebelmessgeräte mit **horizontal liegender Uhr.**
Mitutoyo – Edelsteingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Unempfindlich gegen Magnetfelder.
Verwendung:
Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.
Lieferumfang:
Inklusive Spannzapfen ∅ 8 mm.
Sonderzubehör:
Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.
Ersatzteil:
Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Tastarmlänge	17,4 mm
Messkugel-∅	2 mm
Messkraft	0,3 N
Schwenkbereich	2×120 Grad
Gehäuse-∅	39 mm
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	13 µm
Abweichungsspanne f_e	8 µm
Ablesung	0,01 mm
Messbereich je Richtung	0,4 mm
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Messwertumkehrspanne f_u	3 µm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C5
Produktart	Fühlhebelmessgerät

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023330 ANALOG

Zubehör

Zentrierhalter Typ	436512
Gelenk-Messstativ Aktionsradius 120 mm	359680 120
Vierkant-Halter für Kleintaster	436510