Mitutoyo

Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 15,2 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-∅: 0,3/39mm

Bestelldaten

Bestellnummer	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
2/1000-Ablesung.
Mitutoyo – Edelsteingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Unempfindlich gegen Magnetfelder.
Verwendung:
Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.
Lieferumfang:
Inklusive Spannzapfen ∅ 8 mm.
Sonderzubehör:
Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.
Ersatzteil:
Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Messbereich je Richtung	0,3 mm
Messkugel-∅	2 mm
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Abweichungsspanne f_e	6 µm
Tastarmlänge	15,2 mm
Messkraft	0,4 N
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	11 µm
Schwenkbereich	2×110 Grad
Gehäuse-∅	39 mm
Ablesung	0,002 mm
Messwertumkehrspanne f_u	3 µm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C5
Produktart	Fühlhebelmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023340 ANALOG

Zubehör

Zentrierhalter Typ	436512
Vierkant-Halter für Kleintaster	436510
Gelenk-Messstativ Aktionsradius 120 mm	359680 120