

Calibración DAkkS a ambos lados Dispositivo / sensor de comprobación de par, Par de giro máximo: 1000/2Nm



Datos de pedido

Número de pedido	020150 1000/2
GTIN	2050002054660
Clase de artículo	49X

Descripción

Nota:

Todas las calibraciones del par de giro, incluido ajuste y documentación del estado de suministro.

Calibración a derecha/izquierda. Calibración DAkkS para una capacidad de medición de 4 – 1000 Nm.

Descripción técnica

Par máximo	4 - 1000 Nm
Calibración	O4