


## Calibración DAkkS a ambos lados Dispositivo / sensor de comprobación de par, Par de giro máximo: 0,1-1100/2Nm



### Datos de pedido

Número de pedido	020150 0,1-1100/2
GTIN	
Clase de artículo	49X

### Descripción

**Nota:**

Todas las calibraciones del par de giro, incluido ajuste y documentación del estado de suministro.

Calibración a derecha/izquierda. Calibración DAkkS para una capacidad de medición de 0,1 – 1100 Nm.

### Descripción técnica

Par máximo	0,1 - 1100 Nm
Calibración	O4