



Testipala HV 1,0, Kovuusarvo n.: 780



Tilautiedot

Tilausnumero	495160 780
GTIN	2050001958044
Tuoteluokka	49L

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kovuudenvertailupalat optimoidusta ja homogeenisestä teräksestä kovuudentestauslaitteiden säännölliseen kalibrointiin.

Etu:

Värikäs ja symboleilla merkitty asemajärjestelmä jokaisessa pakkauksessa.

Toimituksen sisältö:

Kaikkien testipalojen mukana toimitetaan **DAKS-kalibrointitodistus**.

Huomautus:

Kalibrointeja muilla menetelmillä, testipaloja muilla mitoilla ja rasterimerkinnöillä tilauksesta. Nopea saatavuus valmistajan varastosta.

Tekninen kuvaus

Ø	65 mm
Koestusmenettely	HV 1,0
Korkeus	10 mm
Kovuusarvo n.	780

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
sis. DAkkS-kalibrointitodistuksen	kyllä
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Testipala