

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001, maks. mjerni raspon: 50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	023000 50
GTIN	2050002056145
Razred artikla	49X

Opis

Smjernica provjere:

VDI / VDE / DGQ / 2618, list 11 „Ü“ Odstupanje pritezanja fges, fe, ft, fu i ponovljivost fw.

Tehnički opis

maksimalni mjerni raspon	50 mm
Kalibriranje	C1