



Uređaj za ispitivanje mjerne sile za mikrometre



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	481346
GTIN	4045197286574
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Uređaj za ispitivanje mjerne sile služi za jednostavnu procjenu sila koje djeluju na mjerne površine. **Prema DIN 863 T1** mora mjerna sila biti između 5 i 10 N.

Dodatni pribor:

Produžeci art. 481348 za veće mjerne opsege.

Tehnički opis

Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B12
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru mjerne sile stremenskog mikrometarskog vijka

Usluge

Kalibriranje Uređaj za ispitivanje sile mjerenja	012070
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940

Kalibriranje Uređaj za ispitivanje sile mjerenja tip M

022580 M

Pribor

Produžetak za napravu za kontrolu mjerne sile za mjerno područje 50-75 mm

481348 50-75

Produžetak za napravu za kontrolu mjerne sile za mjerno područje 25-50 mm

481348 25-50

Produžetak za napravu za kontrolu mjerne sile za mjerno područje 75-100 mm

481348 75-100