

## Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	483900 1
GTIN	2050001048806
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog ( $60 \pm 2$  HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od  $\varnothing$  1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm – 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.

**Razred tolerancije 1:**  $\varnothing$  zatika  $\pm 0,001$  mm.

#### Upotreba:

Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.

#### Napomena:

Kod narudžbe dodatno **navesti željeni  $\varnothing$** ; npr. br. 483900 vel. 5 **10,08** odn. 483920 vel. 5 **10,082**.

### Tehnički opis

nagib	0,01 mm
Duljina mjernog zatika	40 mm
Nazivna mjera	0,5 - 0,99 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	1
Tvrdoća	$60 \pm 2$ HRC
Materijal	Čelik za šablone
Vrsta proizvoda	Kontrolni zatik

### Usluge

DAkKS kalibriranjeKontrolni zatic maks. Ø 20	028260 20
KalibriranjeKontrolni zatic maks. Ø 20	028240 20