



Płytki do porównywania twardości HBW 5 / 750, Twardość ok.: 500



Dane zamówienia

Numer katalogowy	495132 500
GTIN	2050001957528
Klasa artykułu	49L

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe płytki wzorcowe twardości z optymalnej, homogenizowanej stali do okresowej kalibracji twardościomierzy.

Zalety:

System porządkowania za pomocą kolorów i symboli na każdym opakowaniu.

w dostawie::

Wszystkie płytki wzorcowe twardości dostarczane ze **świadectwem kalibracji DAkkS**.

wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. **Szybka dostępność w magazynie producenta.**

Opakowanie: sztywny pojemnik

Ø: 115 mm

wysokość: 16 mm

Opis techniczny

wysokość	16 mm
Ø	115 mm

metoda pomiaru	HBW 5 / 750
wartość twardości ok.	500
ze świadectwem kalibracji DAkkS	tak
Opakowanie	sztywny pojemnik