

HOLEX®**Przyrząd do kontroli nacisku pomiarowego mikrometrów****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	481346
GTIN	4045197286574
Klasa artykułu	42K

Opis**Wykonanie:**

Do łatwej oceny sił działających na mierzone powierzchnie podczas pomiaru. **Zgodnie z normą DIN 863, część 1**, nacisk pomiarowy powinien wynosić od 5 do 10 N.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 481348 dla większych zakresów pomiarowych.

Kalibracja: B12

Opis techniczny

Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	B12

Usługi

Kalibracja urządzenia do kontroli nacisku pomiarowego	012070
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Przedłużki do przyrządu do kontroli nacisku pomiarowego
do zakresu pomiaru 25-50 mm

481348 25-50

Przedłużki do przyrządu do kontroli nacisku pomiarowego
do zakresu pomiaru 75-100 mm

481348 75-100

Przedłużki do przyrządu do kontroli nacisku pomiarowego
do zakresu pomiaru 50-75 mm

481348 50-75