

Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre správne rozmery, Závit: G1.1/2palec**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	G1.1/2
Tolerančná trieda	A
Ø závit	47,8 mm
Chodov na palec	11
Kalibrácia	L12
Tolerančné pole	A
Druh kalibru	dobrá strana kalibru

Norma	DIN 228
Druh závitů	G
Druh produktu	Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100	028640 100