

Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre správne rozmery, Závit: G1/4palec**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Chodov na palec	19
Ø závit	13,16 mm
Tolerančná trieda	A
Závit	G1/4
Kalibrácia	L12
Tolerančné pole	A
Druh kalibru	dobrá strana kalibru

Druh závitů	G
Norma	DIN 228
Druh produktu	Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 20	028600 20
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100	028640 100