

Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre správne rozmery, Závit: G1/2palec**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486150 G1/2
GTIN	2050001035929
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Chodov na palec	14
Závit	G1/2
Tolerančná trieda	A
Ø závit	20,96 mm
Kalibrácia	L12
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Tolerančné pole	A

Norma	DIN 228
Druh závitů	G
Druh produktu	Závitový kalibrační krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia DAkkSZávitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 100	028640 100
KalibráciaZávitový kalibrační krúžok Maximálny Ø 60	028600 60