



Priprava za preverjanje merilne sile za mikrometre



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	481346
GTIN	4045197286574
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Naprava za preverjanje merilne sile služi za enostavno določitev sile, ki deluje na merilne površine. **V skladu z DIN 863 T1** mora biti merilna sila med 5 in 10 N.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 481348 za večja merilna območja.

Kalibriranje: B12

Tehnični opis

Material	Plemenito jeklo, INOX
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B12
Vrsta izdelka	Naprava za preverjanje merilne sile

Storitve

Kalibriranje naprave za preverjanje merilne sile	012070
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940

Kalibriranje naprave za preverjanje merilne sile Tip M

022580 M

Pribor

Podaljšek priprave za preverjanje merilne sile za merilno območje 50-75 mm

481348 50-75

Podaljšek priprave za preverjanje merilne sile za merilno območje 25-50 mm

481348 25-50

Podaljšek priprave za preverjanje merilne sile za merilno območje 75-100 mm

481348 75-100